Accessoires pour tables d'opération DIAMOND et OPX mobilis®

SCHMITZ
A Sense of Confidence



Catalogue n° 92, valable à partir d'août 2013

Contenu

Accessoires généraux	pages	4-9
Accessoires pour l'orthopédie, la traumatologie, les interventions vertébrales et l'extension	pages	10-12
Accessoires en fibre de carbone	page	13
Dispositif d'extension	pages	14-19
Accessoires pour le positionnement de la tête et la neurochirurgie	pages	20-21
Accessoires pour la gynécologie et l'urologie	pages	22-23
Coussins de positionnement	pages	24-25
Accessoires spéciales	page	26
Vue d'ensemble des accessoires	page	27

À noter!
Vous trouverez les équipements de base (plateaux de tête et de jambes) ainsi que les éléments de commande (commande manuelle ou au pied) dans les catalogues principaux pour les séries de tables d'opération DIAMOND et OPX mobilis.

1



2



3

4

5



6



7

8

9

Accessoires généraux

1

2

3

4

5


6

7

8


9

1
Appui-bras 101.0192.0 NOUVEAU
Pour le positionnement simple et rapide du bras du patient dans toutes les positions, réglage dans toutes les directions par une seule roulette en forme d'étoile, rembourrage en mousse, antistatique, 450 mm de long, avec courroies de fixation et clameau, exécution en acier inox.

2
Appui-bras 101.0019.0 NOUVEAU
rembourrage de mousse intégrale, 450 mm de long, antistatique, avec sangle de fixation et étau, réglable horizontalement et verticalement, peut basculer grâce à une articulation sphérique, modèle en acier inoxydable.

3
Appui-bras 101.0109.0
rembourrage de mousse intégrale, antistatique, réglage en hauteur de 80 mm, orientable sur 360° par commande à un seul levier, peut basculer et pivoter sur +/- 35°, avec étau, largeur 170 mm, longueur 600 mm.

4
Fixe-poignet 101.0123.0
avec fixation en acier inoxydable, la sangle en tissu peut être lavée et changée, fermeture velcro.

5
Fixe-corps 101.0177.0
avec pièces de fixation en acier inoxydable, la sangle en tissu peut être lavée et changée, fermeture velcro.

6
Fixe-jambe 101.0164.0
la sangle en tissu peut être lavée et changée, fermeture velcro, pour les plateaux de jambes divisés.

7
Arceau d'anesthésie 101.0012.0
en acier inoxydable, bloqué contre la torsion, réglable en hauteur, avec étau orientable 101.0146.0.

8
Rallonge de l'arc d'anesthésie 101.0111.0
pour l'arceau d'anesthésie 101.0012.0, pivotante et réglable latéralement, 300 mm de longueur.

9
Fixe-poignet 101.0137.0
à accrocher à l'arceau d'anesthésie 101.0012.0, la sangle en tissu peut être lavée et changée, fermeture velcro, modèle en acier inoxydable.


10


14


11

15

16

12

17

13

18

10
Protection du bras* 101.0153.0
confortable pour l'équipe opératoire située sur le côté de la table d'OP, pour un positionnement du bras du patient sûr et pour une adaptation anatomique correcte. Faire glisser la protection au-dessous du matelas, la protection est retenue par le poids du patient, dimensions :
400 x 230 x 210 mm (larg. x prof. x haut.)

11
Tige porte-sérum 101.0139.0
partie supérieure avec 4 crochets, réglable en hauteur, avec fixation à glissière et réglage à articulation sphérique. Modèle en acier inoxydable.

12
Etau 101.0018.0
peut être tourné, avec fermeture rapide et verrouillage, pour diamètre de tige 16 – 18 mm, modèle en acier inoxydable.

13
Etau 101.0117.0
ne peut pas être tourné, avec fermeture rapide et verrouillage, convient à des tiges carrées 20 x 20 mm, en acier inoxydable.

14
Tablette à instrumenter* 101.0166.0
fixation aux rails latéraux par un clameau. Réglable en hauteur de 250 mm et en plus, avec réglage à articulation sphérique et blocage automatique pour atteindre une position horizontale en tout cas. Charge maximale d'utilisation 6 kg, dimensions de la tablette :
450 x 260 mm (larg. x prof.)

15
Arceau d'anesthésie, flexible* 101.0125.0
2000 mm de longueur.
Nécessite deux étaux 101.0146.0!

16
Support de tubes d'anesthésie* 101.0154.0
pour fixation sûre des tubes respiratoires et des câbles pour écrans, tige avec câble flexible, réglable en hauteur, avec plateau en matière plastique.
Nécessite étau 101.0146.0!

17
Etau 101.0132.0
ne peut pas être tourné, pour diamètre de tige 16 – 18 mm et tiges rectangulaires 10 x 25 mm, en acier inoxydable.

18
Etau 101.0146.0
peut être tourné, pour diamètre de tige 16 – 18 mm, en acier inoxydable.

Accessoires généraux

1
Appui-épaules (1 paire) 101.0010.0
y compris 2 étaux 101.0117.0 et 2 rembourrages antistatiques (120 x 200 mm) ainsi que 2 supports réglables en hauteur et latéralement.

2
Appui latéral (1 pièce) 101.0107.0
modèle simple, à fixer au moyen des fermetures à vis sur le rail latéral, rembourrage antistatique (100 x 215 mm).

3
Rouleau de rectoscopie/support-cuisse 101.0178.0
réglable en largeur, avec rembourrage en mousse antistatique, pour les positions rectales et les opérations vertébrales.
Nécessite deux étaux 101.0018.0 ou 101.0146.0!

4
Plaque d'appui rembourrée 101.0186.0
pour tables DIAMOND, pour des interventions rectales ou sur la colonne vertébrale en position génupectorale, sert également de plaque appui-pieds pendant la laparoscopie, à fixer aux plateaux de jambes, y compris 2 étaux 101.0132.0.

Plaque d'appui rembourrée 101.2070.1
comme 101.0186.0, mais pour des tables mobilis.
(sans ill.)

5
Poignée (paire) 101.0586.0 NOUVEAU
Montage à la têtière, pour un déplacement facilité de la table d'opération

6
Support 101.0121.0
(ill. 1) pour fixer des coussins 101.0135.0, 101.0151.0, 101.0162.0 et 101.0175.0, permet le réglage latéral et vertical du coussin, y compris étau 101.0117.0.

Rouleau de support 101.0135.0
(ill. 2) rembourrage mousse intégrale, antistatique, 200 x 65 mm.

Appui-épaules/de côté 101.0151.0
(ill. 3) rembourrage mousse intégrale, en forme concave, antistatique, 215 x 100 mm.

Support dorsal et fessier 101.0162.0
(ill. 4) rembourrage mousse intégrale, antistatique, 200 x 120 mm.

Support pubis, sacrum et sternum 101.0175.0
(ill. 5) rembourrage mousse intégrale, antistatique, 85 x 85 mm.

1

2

3 + 4

5

6



7

8

9

10

7
Eléments d'élargissement* 101.0194.0
se composant de 2 pièces de rembourrage en mousse intégrale antistatique, 500 mm de long, pour siège et dossier, à fixer au rail latéral au moyen de la fermeture rapide. Avec rails latéraux pour accessoires. Pour le traitement de patients obèses ainsi que lorsqu'il est nécessaire de tourner le patient durant l'intervention. Largeur totale : 800 mm.

Eléments d'élargissement* 101.0200.0
modèle identique au 101.0194.0, mais 300 mm de long.
(sans ill.)

8
Plaques de pieds rembourrées (1 paire)* 101.0202.0
à fixer sur le rail latéral par clameau, réglable en largeur de 430 – 735 mm, rabattable pour prolonger le plateau supérieur, y compris étaux intégrés. 250 x 200 mm (haut. x larg.)

9
Chariot porte-accessoires 101.0120.0
châssis en tubes carrés avec 5 rails de fixation et un panier accroché, modèle en acier inox, roulettes orientables, antistatiques, dimensions totales :
1430 mm de haut, 630 mm de largeur,
580 mm de profondeur.
(sans accessoires)

10
Chariot porte-têtières et jambières 101.0410.0
pour tables DIAMOND, châssis en tube carrée d'acier inox avec 6 paires de supports pour têtières et jambières ainsi que plateaux d'épaules ou adaptateurs gyn. et urol. Roulettes orientables antistatiques.
Dimensions : 918 x 1243 x 1308 mm (l x p x h)

Accessoires généraux

1
Fixe-jambe (1 paire)* 101.0185.0
sangles avec rembourrage, pour les plateaux de jambes divisés. Y compris étaux pour la fixation sur rails latéraux, 1200 mm de long.

2
Plateau de jambes pour le transfert (paire) 101.0218.0
en combinaison avec le dispositif de fixation pour le dispositif d'extension, pour tables DIAMOND : fixation également au siège en lieu et place du plateau de jambes. Tubes d'acier inox recourbés, revêtu de tissu, construction légère. Pour la préparation du patient par ex. pour des interventions gynécologiques ou urologiques, de même que lors de l'utilisation du dispositif d'extension. Longueur de ce plateau : 875 mm.

3
Plateau de jambes pour le transfert 101.0400.0
pour tables DIAMOND, fixation également au siège en lieu et place du plateau de jambes, en un partie, pour le reste, comme 101.0218.0

4
Traverse en fibres de carbone 101.2950.0
pour tables mobilis, située au dossier, radiotransparent

Traverse en fibres de carbone 101.0222.0
située au dossier, radiotransparent
(seulement pour la table DIAMOND 60 BG! (sans ill.)

Câble d'équipotentiel 101.0220.0
3 m de long (sans ill.)

Câble d'équipotentiel 101.0230.0
5 m de long (sans ill.)

5
Commande au pied 101.6400.0
pour tables mobilis RC, boîtier en aluminium, étanche aux liquides, antidérapant, raccordé au câble. Pour l'activation de toutes les fonctions de la table par analogie à la commande manuelle. Avec touche d'activation et touche «retour à zéro». Possibilité de connexion en parallèle de la commande au pied et de la commande manuelle (doit être réalisé en usine).

6
Passe-cassettes 101.2810.0
pour tables mobilis, pour cassettes radiographiques jusqu'à 350 x 430 mm, barre télescopique rétractable, en acier inox.

Passe-cassettes 101.0228.0 NOUVEAU
comme 101.2810.0,
cependant pour tables DIAMOND.
(sans ill.)

1


4


2

5


3


6

Module d'intégration Schmitz 101.0420.0
Module avec technologie Bluetooth pour raccorder la table d'opération DIAMOND au système de commande centrale de salle d'opération OR1™ NEO de la société Karl Storz.
Transmission bi-directionnelle des données, navigation graphique assistée, écran TFT indiquant toutes les informations de l'état de la table, menu de service et d'informations intégré, configuration automatique de toutes les variantes de table.
La table d'opération DIAMOND doit être munie de la préparation Bluetooth 101.0390.0!

Pour plus d'informations concernant la fonction Bluetooth dans les tables d'opération DIAMOND, s.v.p., consulter le catalogue no. 84.

Accessoires pour l'orthopédie, la traumatologie, les interventions vertébrales et l'extension


1






6


2


4

7


3

5

8

1
Plateau pour l'arthroscopie de l'épaule 101.0209.0
pour tables DIAMOND 50/60, à emboîter à la place du plateau de jambes. Chacune des découpes latérales rembourrées peut être retirée, ce qui permet d'accéder librement à la zone d'épaule.
Avec rails latéraux. Nécessite en supplément la pièce intermédiaire 101.0167.0 ou 101.01870.0 et la calotte de tête 101.0013.0.

2
Plateau d'épaules 101.0210.0
pour tables DIAMOND 50/60, à emboîter à la place du plateau de jambes, pour la chirurgie ORL, maxillofaciale ou ophtalmologique. Avec rails latéraux. Nécessite en supplément la pièce intermédiaire 101.0167.0 ou 101.01870.0 et la calotte de tête 101.0155.0.

3
Repose-tête pour l'arthroscopie de l'épaule 101.0013.0
Casque en forme de «U» avec matelas souple amovible et 2 courroies de fixation avec fermetures «Velcro». Positionnement sûr et stabilisation latérale de la tête sous anesthésie. S'adapte aux différentes tailles de têtes. Rembourrage amovible. Charge maximale d'utilisation : 11 kg. Nécessite la pièce intermédiaire 101.0167.0 ou 101.01870.0 pour la fixation au plateau pour l'arthroscopie de l'épaule 101.0209.0.

4
Matelas* 101.0015.0 NOUVEAU
pour opérations des disques intervertébraux; en deux parties pour l'adaptation individuelle à la taille du patient, radiotransparent, antistatique.
Coussin thoracique : 500 x 250 x 200 mm (L x P x H)
Coussin pelvique : 500 x 340 x 200 mm (L x P x H)

5
Appui-genou* 101.0212.0
à réglage manuel, coussin en gel et courroie de fixation. A fixer au rail latéral.
Charge maximale d'utilisation : 25 kg.
Nécessite un étau 101.0146.0.

6
Support de genou* 101.0583.0 NOUVEAU
à poser au rail latéral, avec coussins et étau, réglage manuel. Le diamètre du support de genou peut être ajusté moyennant manivelle, par cela, il convient aussi aux patients très adipeux.
Charge maximale d'utilisation : 40 kg.

7
Dispositif de positionnement génucubital 101.0150.0
pour tables DIAMOND, à utiliser à la place du plateau de jambes, pour le positionnement génucubital du patient pour interventions sur la colonne vertébrale, coussin en mousse, antistatique, réglable en hauteur sur 200 mm par manivelle, avec rails latéraux et coussins de support latéraux.
Charge max. : 135 kg
510 x 300 x 120 mm (L x P x H)

8
Coussin de support latéral (1 pièce) 101.0190.0
pour le support latéral du patient, à fixer par étau (incl.) au dispositif de positionnement génucubital 101.0150.0.







9
Pièces de rembourrage pour plateau d'arthroscopie de l'épaule (paire) 101.0440.0
pour tables DIAMOND, découpe de rembourrage de dimension réduite, pour utilisation en lieu et place des grandes pièces de rembourrage, pour le plateau pour l'arthroscopie de l'épaule 101.0209.0.

10
Petit repose-tête 101.0207.0
Pour une utilisation en liaison avec le plateau pour l'arthroscopie de l'épaule, par ex. pendant la préparation du patient. Repose-tête avec mousse SAF, épaisseur 70 mm. (Plateau pour l'arthroscopie de l'épaule 101.0209.0 ou 101.2790.1 nécessaire).

11
Plateau d'épaules 101.2780.1
pour tables DIAMOND, pour la chirurgie ORL, maxillofaciale ou ophtalmologique, à installer à la place du plateau de jambes, réglage avec soutien par vérins pneumatiques.
Avec rails latéraux. Nécessite en supplément la pièce intermédiaire 101.0167.0 ou 101.01870.0 et la calotte de tête 101.0155.0.

12
Plateau pour l'arthroscopie de l'épaule 101.2790.1
pour tables mobilis, à emboîter à la place du plateau de jambes, réglage avec soutien par vérins pneumatiques. Chacune des découpes latérales rembourrées peut être retirée, ce qui permet d'accéder librement à la zone d'épaule.
Avec rails latéraux.
Nécessite en supplément la pièce intermédiaire 101.0167.0 ou 101.01870.0 et la calotte de tête 101.0013.0.

Accessoires pour l'orthopédie, la traumatologie, les interventions vertébrales et l'extension

2

1
Tablette pour interventions sur le bras et la main 101.0108.0
avec tige de support, plateau en matière CFRP transparente aux rayons X avec surface rembourrée et antistatique, forme ergonomique pour un accès optimal au champ opératoire, 815 x 520 mm (L x l). Peut supporter un poids de jusqu'à 25 kg sans la tige de support.

2
Tablette pour interventions sur le bras et la main 101.0070.1
pour tables mobilis, plateau en matière plastique transparente aux rayons X avec surface rembourrée et antistatique, compartiment pour cassettes radiographiques, 700 x 300 mm (L x l).

3
Support humérus 101.0122.0
radiotransparent, réglable en hauteur d'env. 100 mm par étau, peut pivoter sur 90°, rembourrage de 210 x 260 mm (L x l). Nécessite un étau 101.0117.0.

4
Dispositif de positionnement de l'humérus 101.0136.0
pour l'enclouage intramédullaire de l'humérus, se compose de : clameau de fixation, tige-support verticale et guide horizontal; rail porte-accessoires, réglable par articulation à rotule freinée, sert à fixer le dispositif de fixe-doigts de Weinberger 101.0163.0 (non inclus). Nécessite un étau 101.0146.0.

5
Fixe-doigts de Weinberger 101.0163.0
radiotransparent, pour le repositionnement et/ou la fixation de la main et des doigts. Tablette pour la main et support des doigts en matière plastique, pour fixer au dispositif de positionnement de l'humérus 101.0136.0.

6
Barre de contre-extension pour le bras 101.0152.0
rembourrée, radiotransparente. Nécessite un étau 101.0146.0.

1


2


3

4

5

6

Accessoires en carbone

1
Plateau carbone 101.7151.0
– en préparation –
plateau de support radiotransparent en plastique à fibres de carbone, pour l'adaptation au dossier de la table d'opération. 1.200mm de long, dont 1.000mm radiotransparents. Avec matelas SAF 60 mm d'épaisseur, antistatique, avec tige de support.

Charge max. d'utilisation :
avec support
tables DIAMOND : 225 kg
tables mobilis : 225 kg

sans support
tables DIAMOND : 140 kg
tables mobilis : 100 kg


1

2
Rallonge pour plateau carbone 101.7153.0
– en préparation –
rallonge radiotransparente en plastique à fibres de carbone, pour montage au plateau carbone 300 x 550 mm (L x l), zone radiotransparente de 300 x 510 mm (L x l), matelas 60 mm d'épaisseur, antistatique, rails latéraux 25 x 10 mm sur toute sa longueur.

2

3
Rail latéral pour plateau carbone 101.7152.0
– en préparation –
rail en acier inox, 25 x 10 mm, 220 mm de long, pour le montage au plateau en carbone 101.7151.0.


3

4
Appui-bras spécial 101.7200.1
avec plateau en carbone radiotransparente, à poser au rail latéral. 700 x 250 mm, dont 600 mm radio-transparents. Chargeable jusqu'à 25 kg. Pivotant à l'horizontale, avec blocage par crémaillère et volant. Rembourrage : 25 mm d'épaisseur, antistatique en SAF.

4

5
Plateaux de jambes spéciaux 101.7050.1
pour tables mobilis, de deux sections, avec surface radiotransparente en plastique à fibres de carbone, à poser au siège de la table. Longueur 850 mm, dont 730 mm radiotransparents, extension de 250 mm possible par panneaux de stratifié emboîtables. Largeur : 2 x 250 mm.
Chargeable jusqu'à : 30 kg sur chaque section.
Possibilité de réglage de l'inclinaison et d'écartement par crémaillère et levier de blocage.
Matelas en SAF 60 mm d'épaisseur, antistatique.

5

Dispositif d’extension

Le dispositif d’extension se distingue par sa convivialité élevée et des possibilités d’utilisation encore plus étendues.

Grâce à un dispositif de traction nouvellement développé ainsi qu’à des améliorations significatives dans le domaine des accessoires, des opérations d’envergure, comme les arthroscopies de la hanche, peuvent être exécutées de manière plus efficiente.

Une nouvelle chaussure spécialement développée garantit au pied, dans chaque situation, un maintien sûr lors des nécessaires tractions.

Une barre de contre-traction rembourrée avec grand soin prévient les éventuels dommages aux nerfs ou ceux dus à la très forte pression.

La capacité optimisée des barres d’extension de pivoter en continu est obtenue grâce à l’utilisation d’un blocage à clavette d’un nouveau type.

Arthroscopie de la hanche

Arthroscopie de la hanche



Blocage à clavette

Le dispositif d'extension en détail

Blocage à bille

Mécanisme d'extension

Un blocage innovant à boule avec dispositif d'extension intégré aide l'utilisateur lors de la mise en bonne place du champ opératoire dans le domaine de l'arthroscopie de la hanche et lors de la réduction précise de fractures des membres inférieurs.

1
Marquage sans équivoque sur le dispositif d'extension pour un travail sûr en tout temps.

2
Le réglage fin simple et l'adaptation intraopératoire de même que le contrôle des forces d'extension nécessaires sont toujours possible sans problème grâce aux échelles graduées sur le dispositif d'étirement.

3
Adaptation à la table d'OP simple et rapide grâce à la broche de fixation.

Etirement maximal de la barre d`extension
1

Degré d`extension
2


Broche de fixation mobilis
3


3 Broche de fixation DIAMOND

Dispositif d'extension



Accessoires pour l'orthopédie, la traumatologie, les interventions vertébrales et l'extension

Pour le traitement des fractures en tout genre des membres inférieurs.
Les caractéristiques essentielles :
– Fixation rapide, simple et sûre du dispositif à toutes les tables d'opération DIAMOND et mobilis
– construction modulaire pour des utilisations spécifiques optimales
– accès libre pour l'amplificateur de brillance et une radioscopie complète des membres inférieurs sur deux plans
– accessoires bien pensés pour un positionnement correct et non-traumatisant du patient
– modèle en acier inoxydable, résistant aux désinfectants

Dispositif d'extension 101.0270.0
Barres d'extension à double articulation positive pour les mouvements latéraux de pivotement et réglage en hauteur.
Articulations à utiliser en sens horizontal ou vertical pour améliorer l'accès de l'amplificateur de brillance. Eléments de traction déplaçables sur la barre avec liaisons charnière, pivot et rotative.
Toutes les parties métalliques sont en acier inoxydable, électropolies.

Nécessite dispositif de fixation et coussin ainsi que la broche de fixation comme décrit en page 17!

Accessoires standard
2 appuis pour barres d'extension
2 plaques de pied pour adultes
2 guêtres pour adultes
1 barre de contre-traction pour la position dorsale, réglable
Poids total : 46 kg.

1

2

3

4

5

6

1
Dispositif de fixation 101.0110.0
pour toutes les modèles DIAMOND,
pour fixer le dispositif d'extension 101.0270.0
(peut être post-équipé, cependant, sans avoir la fonction de détection de crash)

Dispositif de fixation 101.5250.0
comme 101.0110.0, mais pour les modèles mobilis **sans la translation longitudinales**. Dans les tables avec translation longitudinale (modèles «L»), le dispositif de fixation est intégré de standard.
(sans ill.)

2
Broche de fixation 101.0250.0
pour tables d'opération DIAMOND **avec translation longitudinale**. Pour le montage du dispositif d'extension 101.0270.0 avec le dispositif de fixation 101.0110.0.

Broche de fixation 101.0260.0
pour tables d'opération DIAMOND **sans translation longitudinale**.
Pour le reste, comme 101.0250.0
(sans ill.)

3
Broche de fixation 101.0251.0 NOUVEAU
comme 101.0250.0,
mais pour tables mobilis.

4
Coussin 101.0138.0
pour le plateau de positionnement du bassin du dispositif d'extension.

5
Chariot de transport 101.0290.0
pour le transport et le stockage du dispositif d'extension découpé en des modules individuelles.

6
Chariot de transport 101.0221.0
pour le transport et le stockage du dispositif d'extension complètement assemblé, pour le reste, comme 101.0290.0.

Accessoires standard



Barre d'extension encastrable



Déplacement horizontal des barres d'extension



Réglage vertical de la barre d'extension
par retournement



Barre de contre-traction réglable,
pour la position dorsale

Accessoires optionnels

1

2

3



4

5

6

1
Dispositif pour plâtrer le bassin avec support de bassin 101.0340.0

2
Rouleau de contre-traction pour la position latérale 101.0350.0

3
Clameau d'étrier d'extension* 101.0165.0
pour des extensions utilisant des clous de Steinmann.

4
Plateau de jambes pour le transfert 101.0218.0
en combinaison avec le dispositif de fixation pour le dispositif d'extension, pour tables DIAMOND : fixation également au siège en lieu et place du plateau de jambes.
Tubes d'acier inox recourbés, revêtu de tissu, construction légère. Pour la préparation du patient par ex. pour des interventions gynécologiques ou urologiques, de même que lors de l'utilisation du dispositif d'extension.
Longueur de ce plateau : 875 mm.

5
Dispositif de traction de jambe 101.0280.0
Rouleau de contre-traction de jambe réglable en hauteur et amovible. Inclinable au moyen d'une articulation à couronne dentée.

6
Rallonge de rail latéral (paire) 101.0193.0
pour fixation au siège de la table, sert à fixer un appui-jambe 101.0115.0 avec l'étau 101.0146.0

sans ill. :
2 Plaques de pied pour enfants 101.0201.0
2 Guêtres pour enfants 101.0205.0

Dispositif d'extension

1 Barre télescopique pour la suspension de champs opératoires, pour le montage p.ex. à 2 statifs à perfusion

1

2

3

4

1
Barre télescopique* 101.0224.0
pour la suspension de champs opératoires à 2 tubes verticaux aux fins de protection, réglable sur une longueur de 1500 à 2800 mm. Fixation par 2 clameaux universels.

2
Pièce de rembourrage 101.0320.0
à placer autour de la barre de contre-traction lors d'opérations de la hanche, hauteur 240 mm, diamètre 230 mm.

3
Chaussure spéciale pour l'arthroscopie de la hanche* 101.0310.0
(«Rotex shoe»), chaussure stable, se fixant solidement, pour le positionnement du pied en chirurgie de la hanche et traumatologique. Chaussure intérieure en carbone, de forme anatomique, avec fixation rapide. Livraison sans chausson intérieur à usage unique 101.0330.0.

4
Chausson intérieur à usage unique (pièce)* 101.0330.0
pour la chaussure spéciale 101.0310.0.

Accessoires pour le positionnement de la tête et la neurochirurgie

1
Adaptateur universel 101.0141.0
pour tables DIAMOND, en acier inoxydable, sert à fixer le joug d'adaptation 101.0142.0, le support 101.0112.0 et la pièce intermédiaire 101.0167.0 ou 101.01870.0.

Adaptateur universel 101.2720.0
comme 101.0141.0, mais pour tables mobilis. (sans ill.)

2
Support 101.0112.0
en forme de U, facilitant l'utilisation de l'amplificateur de brillance, articulation verrouillée par levier à came pour le réglage inclinaison, rail porte-accessoires rotatif sur 360°, verrouillable. Pour calottes de tête 101.0155.0 ou 101.0179.0 et la pièce intermédiaire 101.0126.0 (nécessite l'adaptateur universel 101.0141.0 ou 101.2720.0).

3
Pièce intermédiaire 101.0126.0
réglable en hauteur par étau, rail porte-accessoires à réglage par articulation à rotule freinée (nécessite le support 101.0112.0 et la calotte de tête 101.0155.0 ou 101.0179.0).

4
Pièce intermédiaire 101.0167.0
rail porte-accessoires réglable en hauteur et inclinable, 240 mm de long; pour calotte de tête 101.0155.0 ou 101.0179.0 (nécessite l'adaptateur universel 101.0141.0 ou 101.2720.0).

5
Pièce intermédiaire 101.0187.0
avec tige de fixation de section carrée; réglable par 3 articulations avec mollette, rail porte-accessoires de 275 mm de long pour fixer la calotte de tête 101.0155.0 ou 101.0179.0 (nécessite l'adaptateur universel 101.0141.0 ou 101.2720.0).

6
Calotte de tête 101.0155.0
en 1 partie, support de tête en PU avec rembourrage amovible et courroie de fixation, répartition optimale de la pression en position dorsale ou ventrale. Charge maximale d'utilisation : 15 kg.
(nécessite la pièce intermédiaire 101.0167.0 ou 101.0187.0 et l'adaptateur universel 101.0141.0 ou 101.2720.0)

7
Calotte de tête 101.0179.0
en 2 parties, réglable en largeur, support de tête en PU avec rembourrage amovible et courroie de fixation; répartition optimale de la pression en position sur le dos ou sur le ventre. Charge maximale d'utilisation : 15 kg.
(nécessite la pièce intermédiaire 101.0167.0 ou 101.0187.0 et l'adaptateur universel 101.0141.0 ou 101.2720.0)

8
Appui-mains 101.0195.0
sert à soutenir les mains du chirurgien lors d'interventions microchirurgicales ophtalmologiques. Réglable en hauteur et rabattable. Charge maximale d'utilisation : 10 kg.
Peut être fixé à la pièce intermédiaire 101.0167.0 ou 101.0187.0.

1


5

2


6


3

7


4

8

9
Calotte de tête* 101.0550.0 NOUVEAU
coussin en mousse intégrale, inclinable par manette, réglable en hauteur en tournant l'adaptateur à la pièce intermédiaire 101.0587.0. Peut être fixée au plateau pour l'arthroscopie de l'épaule 101.0209.0 ou 101.0209.1 ou au plateau d'épaules 101.0210.0 ou 101.2780.1.
(nécessite la pièce intermédiaire 101.0587.0)

Pièce intermédiaire 101.0587.0 NOUVEAU
pour fixer la calotte de tête 101.0550.0 au plateau pour l'arthroscopie de l'épaule 101.0209.0 ou 101.0209.1 ou au plateau d'épaules 101.0210.0 ou 101.2780.1 (sans ill.)

9

10

12


15

13

16


11

14

17

10
Arceau à fixation bilatérale 101.0014.0
pour une position assise du patient en neurochirurgie, ajustable aux différentes largeurs de table d'opération, modèle en acier inoxydable.
Nécessite 2 étaux 101.0018.0.

11
Support universel Doro* 101.0142.0
avec réglage à double articulation, fixé à la table avec l'adaptateur universel 101.0141.0 ou 101.0270.0 ou l'arceau de fixation 101.0014.0.
Sur demande, également disponible en matériau radiotransparent.

12
Pièce de raccord Doro* 101.0113.0
pour relier le support et le clameau de crâne 101.0127.0 ou la calotte de tête 101.0156.0 au support 101.0142.0.
Sur demande, également disponible en matériau radiotransparent.

13
Pièce de raccord à rotule Doro* 101.0168.0
rotation de 360°, inclinaison horizontale jusqu'à 90°, pour la fixation du support crânien 101.0127.0 ou la calotte de tête 101.0156.0 au support 101.0142.0.
Sur demande, également disponible en matériau radiotransparent.

14
Support et clameau crânien Doro* 101.0127.0
fixation du crâne stable et précise sur trois points en cours d'opération. Position ventrale, dorsale, latérale ou assise. Avec 3 pointes pour adultes.
Sur demande, également disponible en matériau radiotransparent.

15
Calotte crânienne Doro* 101.0156.0
réglable en largeur, coussin gel en forme de fer à cheval, nécessite la pièce de raccord 101.0112.0 et le support universel 101.0142.0.

16
Pointes crâniennes Doro* 101.0180.0
3 pointes réutilisables, pédiatriques.

17
Pointes crâniennes Doro* 101.0188.0
3 pointes réutilisables, adultes.

Accessoires pour la gynécologie et l'urologie

1

1
Appui-jambes (paire)* 101.0016.0
réglable en hauteur et dépliable du pied de la table, assistance par vérin à gaz, coque en matière synthétique avec rembourrage de gel pour le support du pied et de la jambe, réglable dans toutes les positions, étaux compris.

2
Appui-jambes de Göpel Cysto-Lift (paire)* 101.0217.0
NOUVEAU
Réglables en hauteur et écartement possible à partir de la terminaison du pied, soutenu par vérin à gaz, coquille rembourrée pour le bas de la jambe, réglable dans toutes les positions, clameaux de fixation inclus.

2

3
Appui-jambe de Göpel (pièce) 101.0115.0
en acier inoxydable, coussin en mousse intégrale noire, antistatique, avec sangle de fixation, sans étau, tige 520 mm de longueur.
Nécessite étau 101.0018.0 ou 101.0146.0.

4
Adaptateur urologique 101.0197.0
pour tables DIAMOND, pour rallonger le siège d'environ 420 mm, avec découpe, pour des interventions urologiques, radiotransparent, avec rails latéraux.
Sur demande, également disponible pour tables sans découpe gynécologique.

Doublage des plateaux 101.0520.0
pour permettre l'utilisation des cassettes de radiologie, pour l'adaptateur urologique 101.0197.0.
(sans ill.)

Adaptateur urologique 101.6010.1
comme 101.0197.0, mais pour tables mobilis.
(sans ill.)

3


4


5

5
Appui-coudes (1 paire) 101.0129.0
avec supports en acier inox pour la fixation à l'adaptateur urologique 101.0197.0 pour DIAMOND, coussins en mousse rembourrés, antistatiques, 120 x 200 mm (L x l).

Appui-coudes (1 paire) 101.6020.0
comme 101.0129.0, mais pour la fixation à l'adaptateur urologique 101.6010.1 pour mobilis.
(sans ill.)


6

7

8


9

10

11

12

13

14

6
Adaptateur gynécologique 101.0204.0
pour tables DIAMOND, pour rallonger le siège d'environ 285 mm pour des interventions gynécologiques ou urologiques, radiotransparent, avec rails latéraux et découpe gynécologique. Sur demande, également disponible pour tables sans découpe gynécologique.

Doublage des plateaux 101.0530.0
pour permettre l'utilisation des cassettes de radiologie, pour l'adaptateur gynécologique 101.0204.0. (sans ill.)

Adaptateur gynécologique 101.4010.1
comme 101.0204.0, mais pour les tables mobilis. (sans ill.)

7
Cuvette avec fixation 101.0170.0
pour tables DIAMOND, en acier inox, pour fixation sur la colonne de la table d'opération, cuvette avec écoulement et tuyau, dimensions de la cuvette : 350 x 325 x 60 mm (L x P x H).

8
Cuvette orientable avec support 101.0182.0
cuvette et support en acier inox, avec écoulement et tuyau, avec étau pour la fixation sur le rail latéral. Dimensions de la cuvette : 350 x 325 x 150 mm (L x P x H).

Crépine RTU 101.0191.0
en acier inox, pour la cuvette orientable 101.0182.0. (sans ill.)

9
Bac à instruments 101.0585.0 NOUVEAU
Montage sur l'adaptateur gynécologique 101.0204.0 ou urologique 101.0197.0, en acier inox. Escamotable et pivotant, extraction rapide pour un nettoyage simple, sans écoulement. Dimensions du bac 300 x 230 x 40 mm (L x P x H)

10
Plateau de jambes* 101.0570.0 – en préparation – NOUVEAU
Pour table d'opérations DIAMOND, plateau de jambes en 4 parties pour un positionnement simple et anatomique du patient, plage de réglage continue, accès au champ opératoire facilité grâce à des plateaux amovibles des parties cuisses et bas de la jambe, matelas rembourrés amovibles. En lieu et place des plateaux de jambes, on pourra monter les supports de jambes 101.0571.0.

11
Support de jambes (paire)* 101.0571.0 – en préparation – NOUVEAU
Support de jambes selon Göpel, pour adaptation au plateau de jambe 101.0570.0.

12
Bassin à système de lavage gyroscopique 101.0584.0 NOUVEAU
pour montage à l'adaptateur gynécologique 101.0204.0 ou urologique 101.0197.0, bassin rond Ø 360 mm, en acier inox, se tirant à l'extérieur et pivotant, arrêt dans toutes les positions désirées. Version hygiénique sans bord. Siphon à installer (par le sanitaire) dans la paroi murale ou au sol. Arrivée d'eau manuelle par robinet, écoulement d'eau par un tuyau flexible avec tubulure de Ø 40 mm. Le système est conforme à la norme DIN EN 1717.

Crépine de réception 101.0588.0
ronde, en acier inox, pour le bassin à système de lavage gyroscopique 101.0584.0. (sans ill.)

13
Cuvette avec fixation 101.2400.0
pour tables mobilis, pour un montage facile au revêtement du pied de la table d'opération. Fermeture rapide pour la cuvette au niveau de la fixation, fermetures à vis pour une fixation sûre de la cuvette au revêtement. Capacité : 7 litres.

14
Cuvette avec fixation 101.2470.0
pour tables mobilis, en acier inox, pour fixation sur la colonne de la table d'opération, cuvette avec écoulement et tuyau, dimensions de la cuvette : 350 x 325 x 60 mm (L x P x H).

Coussins de positionnement

1
Coussin gel pour positionnement latéral* 101.0189.0
permet le positionnement latéral sûr, soulage l'épaule et protège les nerfs, s'utilise lors d'intervention aux hanches, de l'épaule et des reins, 720 x 500 x 160 mm (l x P x H).

2
Coussins de talon en gel (paire)* 101.0196.0
Le tendon d'Achille est maintenu et la pression est efficacement éliminée du talon pendant les opérations de longue durée, 190 x 100 x 70 mm (l x P x H).

3
Coussin en tunnel* 101.0203.0
pour le positionnement latéral, protection des jambes contre des complications induites par le positionnement per-opératoire, rembourrage antistatique avec noyau en mousse spéciale, épaisseur du matelas environ 70 mm, 650 x 400 x 220 mm (l x P x H).

4
Coussin en cale double* 101.0208.0
pour le positionnement du patient en décubitus dorsal, diminue les risques de paralysie du plexus et stabilise le positionnement de la tête, 440 x 500 x 100 mm (l x P x H).

5
Coussin 101.0211.0
coussin en mousse rembourrée, antistatique, semi-circulaire, 240 x 120 x 475 mm (l x H x L).

6
Gel anneau-têtière* 101.0143.0
ouvert, taille adulte, stabilité et protection de la tête du patient pendant des opérations en position latérale, Ø 200 x 54 mm.

7
Gel anneau-têtière* 101.0157.0
ouvert, taille adolescente, stabilité et protection de la tête du patient pendant des opérations en position latérale, Ø 140 x 34 mm.

8
Gel anneau-têtière* 101.0169.0
fermé, taille adulte, stabilité et protection de la tête et des oreilles du patient pendant des opérations en position dorsale, Ø 200 x 50 mm.

9
Gel anneau-têtière* 101.0181.0
fermé, taille adolescente, stabilité et protection de la tête et des oreilles du patient pendant des opérations en position dorsale, Ø 140 x 34 mm.

10
Gel cale-tête position ventrale* 101.0114.0
taille adulte, forme anatomique, pour le positionnement de la tête avec la face en bas, découpes latérales permettent le passage des tubes endo-trachéaux, 280 x 240 x 150 mm (l x P x H).

11
Gel cale-tête position ventrale* 101.0128.0
taille adolescente, forme anatomique, pour le positionnement de la tête avec la face en bas, découpes latérales permettent le passage des tubes endo-trachéaux, 260 x 230 x 140 mm (l x P x H).


1


2


3


4


5

6

7

8

9

10

11

NOUVEAU

1

Matelas immobilisateur à dépression, court* 101.0581.0

Adéquat pour le positionnement du patient sur le dos, sur le dos avec jambes élevées (position gynécologique) et en positon déclive. La fixation du matelas à dépression sur la table d'OP empêche le glissement du patient lors de positionnements à déclive extrême (par ex. sigmoïdectomie laparoscopique – résection de la dernière partie du côlon). Dispose d'une haute conservation de la chaleur pour le patient et prévient les dégâts aux nerfs grâce à une technologie viscoélastique et thermoactive. Pour l'obtention de la dépression (vide) nécessaire, on pourra utiliser les installations d'aspirations disponibles au bloc.
1200 x 1000 mm (L x l)

Fourniture : le matelas à dépression court, en plus coussin de tête pour l'anesthésie et le bloc, courroie de fixation rembourrée.

2

Matelas immobilisateur à dépression, long* 101.0582.0

Adéquat pour le positionnement du patient en décubitus latéral. La fixation du matelas à dépression sur la table d'OP empêche le glissement du patient lors de positionnement à déclive extrême. Dispose d'une haute conservation de la chaleur pour le patient et prévient les dégâts aux nerfs grâce à une technologie viscoélastique et thermoactive. Pour l'obtention de la dépression (vide) nécessaire, on pourra utiliser les installations d'aspirations disponibles au bloc.
2000 x 920 mm (L x l)

Fourniture : le matelas à dépression long, en plus coussin de tête pour l'anesthésie et le bloc, courroie de fixation rembourrée.

2

Accessoires spéciales

NOUVEAU

1

2



2

2

1
RotexTable* 101.0560.0
Système de positionnement des jambes pour la chirurgie mini-invasive (endoprothèse MIS) de la hanche et l'arthroscopie, Elévation et abaissement électriques de la jambe du patient au moyen d'une télécommande au pied, ajustage fin manuel par rotation, extension, abduction et adduction, pour utilisation avec le dispositif d'extension 101.0270.0. Charge maximale d'utilisation : 220 kg

Fourniture :
RotexTable, RotexShoe (avec 2 chaussons intérieurs), télécommande au pied, chargeur avec support mural, accu de rechange, câble de liaison, fulcrum, manette, adaptateur pour dispositif d'extension 101.0270.0

2
Allen® Spine System* 101.0160.0
dispositif de positionnement de patients pour des opérations à la colonne vertébrale, pour l'adaptation aux rails latéraux de la table d'opération.

Vue d'ensemble des accessoires

Désignation	Modèle n°	Page	mobilis 200	mobilis 300	mobilis RC 30	mobilis RC 40	DIAMOND 40	DIAMOND 50	DIAMOND 60
Appui-épaules (1 paire)	101.0010.0	6	■	■	■	■	■	■	■
Arceau d'anesthésie	101.0012.0	4	■	■	■	■	■	■	■
Repose-tête	101.0013.0	10	■	■	■	■	■	■	■
Arceau à fixation bilatérale	101.0014.0	21	■	■	■	■	■	■	■
Matelas	101.0015.0	10	■	■	■	■	■	■	■
Appui-jambes (paire)	101.0016.0	22	■	■	■	■	■	■	■
Repose-tête**	101.0017.0	-					■	■	■
Etau	101.0018.0	5	■	■	■	■	■	■	■
Appui-bras	101.0019.0	4	■	■	■	■	■	■	■
Tablette p. opér. sur le bras	101.0070.1	12	■	■	■	■			
Appui latéral (1 pièce)	101.0107.0	6	■	■	■	■	■	■	■
Tablette p. opér. sur le bras	101.0108.0	12	■	■	■	■	■	■	■
Appui-bras	101.0109.0	4	■	■	■	■	■	■	■
Dispositif de fixation	101.0110.0	17					■	■	■
Rallonge de l'arc	101.0111.0	4	■	■	■	■	■	■	■
Support	101.0112.0	20	■	■	■	■	■	■	■
Pièce de raccord Doro	101.0113.0	21	■	■	■	■	■	■	■
Gel cale-tête	101.0114.0	24	■	■	■	■	■	■	■
Appui-jambe (pièce)	101.0115.0	22	■	■	■	■	■	■	■
Plateau de jambes**	101.0116.0	-					■	■	■
Etau	101.0117.0	5	■	■	■	■	■	■	■
Chariot porte-accessoires	101.0120.0	7	■	■	■	■	■	■	■
Support	101.0121.0	6	■	■	■	■	■	■	■
Support humérus	101.0122.0	12	■	■	■	■	■	■	■
Fixe-poignet	101.0123.0	4	■	■	■	■	■	■	■
Arceau flexible	101.0125.0	5	■	■	■	■	■	■	■
Pièce intermédiaire	101.0126.0	20	■	■	■	■	■	■	■
Support et clameau crânien	101.0127.0	21	■	■	■	■	■	■	■
Gel cale-tête	101.0128.0	24	■	■	■	■	■	■	■
Appui-coudes (1 paire)	101.0129.0	22					■	■	■
Rallonge de dossier, fixe**	101.0131.0	-					■	■	■
Etau	101.0132.0	5	■	■	■	■	■	■	■
Rouleau de support	101.0135.0	6	■	■	■	■	■	■	■
Dispositif de l'humérus	101.0136.0	12	■	■	■	■	■	■	■
Fixe-poignet	101.0137.0	4	■	■	■	■	■	■	■
Coussin	101.0138.0	17	■	■	■	■	■	■	■
Tige porte-sérum	101.0139.0	5	■	■	■	■	■	■	■
Adaptateur universel	101.0141.0	20					■	■	■
Support universel Doro	101.0142.0	21	■	■	■	■	■	■	■
Gel anneau-têtière	101.0143.0	24	■	■	■	■	■	■	■
Plateau de jambes**	101.0145.0	-					■	■	■
Etau	101.0146.0	5	■	■	■	■	■	■	■
Dispositif de pos. génucubital	101.0150.0	10					■	■	■
Appui-épaules/de côté	101.0151.0	6	■	■	■	■	■	■	■
Barre de contre-extension pour le bras	101.0152.0	12	■	■	■	■	■	■	■
Protecteur du bras	101.0153.0	5	■	■	■	■	■	■	■
Support de tubes d'anesthésie	101.0154.0	5	■	■	■	■	■	■	■
Calotte de tête	101.0155.0	20	■	■	■	■	■	■	■
Calotte de tête	101.0156.0	21	■	■	■	■	■	■	■
Gel anneau-têtière	101.0157.0	24	■	■	■	■	■	■	■
Rallonge de dossier, inclin.**	101.0159.0	-					■	■	■
Allen Spine System	101.0160.0	26	■	■	■	■	■	■	■
Support dorsal et fessier	101.0162.0	6	■	■	■	■	■	■	■
Fixe-doigts de Weinberger	101.0163.0	12	■	■	■	■	■	■	■
Fixe-jambe	101.0164.0	4	■	■	■	■	■	■	■
Clameau d'étrier	101.0165.0	18	■	■	■	■	■	■	■
Tablette à instrumenter	101.0166.0	5	■	■	■	■	■	■	■
Pièce intermédiaire	101.0167.0	20	■	■	■	■	■	■	■
Pièce de raccord Doro	101.0168.0	21	■	■	■	■	■	■	■
Gel anneau-têtière	101.0169.0	24	■	■	■	■	■	■	■
Cuvette	101.0170.0	23					■	■	■
Plateau de jambes**	101.0171.0	-					■	■	■
Support pubis	101.0175.0	6	■	■	■	■	■	■	■
Fixe-corps	101.0177.0	4	■	■	■	■	■	■	■
Rouleau de support	101.0178.0	6	■	■	■	■	■	■	■
Calotte de tête	101.0179.0	20	■	■	■	■	■	■	■
Pointes crâniennes	101.0180.0	21	■	■	■	■	■	■	■
Gel anneau-têtière	101.0181.0	24	■	■	■	■	■	■	■
Cuvette orientable	101.0182.0	23	■	■	■	■	■	■	■
Fixe-jambe	101.0185.0	8	■	■	■	■	■	■	■
Plaque d'appui	101.0186.0	6					■	■	■
Pièce intermédiaire	101.0187.0	20	■	■	■	■	■	■	■
Pointes crâniennes	101.0188.0	21	■	■	■	■	■	■	■
Coussin gel	101.0189.0	24	■	■	■	■	■	■	■
Coussin latéral (1 pièce)	101.0190.0	10					■	■	■
Crépine	101.0191.0	23	■	■	■	■	■	■	■
Appui-bras	101.0192.0	4	■	■	■	■	■	■	■
Rallonge de rail latéral	101.0193.0	18	■	■	■	■	■	■	■
Eléments d'élargissement	101.0194.0	7	■	■	■	■	■	■	■
Appui-mains	101.0195.0	20	■	■	■	■	■	■	■
Coussins de talon en gel (paire)	101.0196.0	24	■	■	■	■	■	■	■
Adapt. urologique	101.0197.0	22					■	■	■
Eléments d'élargissement	101.0200.0	7	■	■	■	■	■	■	■
2 Plaques de pied	101.0201.0	18	■	■	■	■	■	■	■

Désignation	Modèle n°	Page	mobilis 200	mobilis 300	mobilis RC 30	mobilis RC 40	DIAMOND 40	DIAMOND 50	DIAMOND 60
Plaques de pieds (paire)	101.0202.0	7	■	■	■	■	■	■	■
Coussin en tunnel	101.0203.0	24	■	■	■	■	■	■	■
Adaptateur gyn.	101.0204.0	23					■	■	■
2 Guêtres	101.0205.0	18	■	■	■	■	■	■	■
Commande au pied av. câble**	101.0206.0	-					■	■	■
Petit repose-tête	101.0207.0	11	■	■	■	■		■	■
Coussin en cale double	101.0208.0	24	■	■	■	■	■	■	■
Plateau pour l'arthr. d'épaule	101.0209.0	10						■	■
Plateau d'épaules	101.0210.0	10						■	■
Coussin	101.0211.0	24	■	■	■	■	■	■	■
Appui-genou	101.0212.0	10	■	■	■	■	■	■	■
Commande manuelle, Bluetooth**	101.0214.0	-					■	■	■
Commande au pied, Bluetooth**	101.0216.0	-					■	■	■
Appui-jambes Cysto-Lift (paire)	101.0217.0	22	■	■	■	■	■	■	■
Plateau de jambes de transfert (paire)	101.0218.0	8+18					■	■	■
Câble d'équipotentiel	101.0220.0	8	■	■	■	■	■	■	■
Chariot de transport	101.0221.0	17	■	■	■	■	■	■	■
Traverse en fibres de carbone (DIAMOND 60 BG)	101.0222.0	8							■
Barre télescopique	101.0224.0	19	■	■	■	■	■	■	■
Fonction de remise à zéro**	101.0225.0	-			■				
Fonction de remise à zéro**	101.0226.0	-				■			
Roulette direct.**	101.0227.0	-					■		
Passe-cassettes	101.0228.0	8					■	■	■
Câble d'équipotentiel	101.0230.0	8	■	■	■	■	■	■	■
Broche de fixation pour DIAMOND «L»	101.0250.0	17					■		■
Broche de fixation	101.0251.0	17	■	■	■	■			
Broche de fixation	101.0260.0	17					■	■	■
Dispositif d'extension	101.0270.0	16	■	■	■	■	■	■	■
Dispositif de traction de jambe	101.0280.0	18	■	■	■	■	■	■	■
Chariot de transport	101.0290.0	17	■	■	■	■	■	■	■
Chaussure spéciale	101.0310.0	19	■	■	■	■	■	■	■
Rembourrage pour arthr. de la hanche	101.0320.0	19	■	■	■	■	■	■	■
Chausson intérieur (pièce)	101.0330.0	19	■	■	■	■	■	■	■
Dispositif pour plâtrer le bassin	101.0340.0	18	■	■	■	■	■	■	■
Rouleau de contre-traction (pos. latérale)	101.0350.0	18	■	■	■	■	■	■	■
Commande manuelle av. câble**	101.0380.0	-					■	■	■
Préparation Bluetooth**	101.0390.0	-					■	■	■
Plateau de jambes de transfert	101.0400.0	8					■	■	■
Chariot	101.0410.0	7					■	■	■
Module d'intégration Schmitz	101.0420.0	9					■	■	■
Doublage des plateaux**	101.0430.0	-					■	■	■
Pièces de rembourrage	101.0440.0	11						■	■
Doublage des plateaux**	101.0460.0	-							■
Doublage des plateaux p. 101.0017.0**	101.0480.0	-					■	■	■
Doublage des plateaux p.101.0145.0**	101.0490.0	-					■	■	■
Doublage des plateaux p. 101.0116.0**	101.0500.0	-					■	■	■
Doublage des plateaux p. 101.0131.0**	101.0510.0	-					■	■	■
Doublage des plateaux p. 101.0197.0	101.0520.0	22					■	■	■
Doublage des plateaux p. 101.0204.0	101.0530.0	23					■	■	■
Doublage des plateaux p. 101.0171.0**	101.0540.0	-					■	■	■
Calotte de tête	101.0550.0	20	■	■	■	■	■	■	■
RotexTable	101.0560.0	26	■	■	■	■	■	■	■
Plateau de jambes	101.0570.0	23					■	■	■
Support de jambes (paire)	101.0571.0	23					■	■	■
Doublage des plateaux p. 101.0159.0**	101.0580.0	-					■	■	■
Matelas à dépression, court	101.0581.0	25	■	■	■	■	■	■	■
Matelas à dépression, long	101.0582.0	25	■	■	■	■	■	■	■
Appui-genou	101.0583.0	10	■	■	■	■	■	■	■
Bassin gyroscopique	101.0584.0	23					■	■	■
Bac à instruments	101.0585.0	23					■	■	■
Poignée (paire)	101.0586.0	6	■	■	■	■	■	■	■
Pièce intermédiaire	101.0587.0	20	■	■	■	■	■	■	■
Crépine	101.0588.0	23					■	■	■
Plaque d'appui rembourrée	101.2070.1	6	■	■	■	■			
Plateau de jambes**	101.2170.1	-	■	■	■	■			
Plateau de jambes**	101.2180.1	-	■	■	■	■			
Cuvette avec fixation	101.2400.0	23	■	■	■	■			
Cuvette avec fixation	101.2470.0	23	■	■	■	■			
Repose-tête**	101.2580.1	-	■	■	■	■			
Repose-tête**	101.2590.1	-	■	■	■	■			
Adaptateur universel	101.2720.0	20	■	■	■	■			
Plateau d'épaules	101.2780.1	11	■	■	■	■			
Plateau pour l'arthr. d'épaule	101.2790.1	11	■	■	■	■			
Passe-cassettes	101.2810.0	8	■	■	■	■			
Traverse en fibres de carbone	101.2950.0	8	■	■	■	■			
Adaptateur gyn.	101.4010.1	23	■	■	■	■			
Dispositif de fixation	101.5250.0	17	■	■	■	■			
Adapt. urologique	101.6010.1	22	■	■	■	■			
Appui-coude (paire)	101.6020.0	22	■	■	■	■			
Commande au pied	101.6400.0	8			■	■			
Plateaux de jambes spéciaux	101.7050.1	13	■	■	■	■			
Plateau carbone	101.7151.0	13	■	■	■	■	■	■	■
Rail latéral	101.7152.0	13	■	■	■	■	■	■	■
Rallonge	101.7153.0	13	■	■	■	■	■	■	■
Appui-bras spécial	101.7200.1	13	■	■	■	■	■	■	■

** Vous trouverez les articles-ci dans les catalogues principaux pour les séries de tables DIAMOND et OPX mobilis®.

Schmitz u. Söhne GmbH & Co. KG
B. P. 14 61
58734 Wickede (Ruhr)
Zum Ostenfeld 29
58739 Wickede (Ruhr)
Allemagne
Tél. +49 (0)2377 84 0
Fax +49 (0)2377 84 135
www.schmitz-soehne.com
export@schmitz-soehne.de

Pour ces produits et leurs accessoires, qui sont caractérisés par le marquage «CE», les prescriptions de la loi MPG (sur les dispositifs médicaux) et les directives CE, no. 93/42/CEE ont été prises en considération.

CE

Les produits doivent uniquement être utilisés pour l'usage prévu. SVP, reportez-vous également à notre mode d'emploi!

Schmitz en France :
SCHMITZ FRANCE SAS
27, rue du Lieutenant Colonel Prévost
69006 Lyon
Tél. 03 83 22 94 67
Fax 03 83 22 87 66
info@schmitz-france.fr

Schmitz en Suisse :
SCHMITZ SA
François Poncet
Bahnhofplatz 2
3284 Fräschels
Tél. 031 755 65 88
Fax 031 755 65 89
info@schmitz-suisse.ch

SCHMITZ SA
Schloss-Strasse 67
8207 Schaffhausen
Tél. 052 643 25 05
Fax 052 643 26 91
schmitz-ag@bluewin.ch

/schmitz.soehne

Nous sommes certifiés selon EN ISO 9001:2008 EN ISO 13485:2003 + AC:2009

Le programme Schmitz complet

Tables d'opération OPX mobilis®
pour les urgences et salles d'opération
Flexibilité et fiabilité uniques

DIAMOND
Les tables d'opération, une classe à part

Gynécologie, Urologie et Proctologie
Notre réponse aux exigences d'un équipement parfait et confortable

varimed®
Les chariots fonctionnels – nos experts pour le quotidien hospitalier

STL 285, STS 282, STX 280
Systèmes de transport de patients pour les urgences, l'ambulatoire et la radiologie



varimed®
Mobilier pour les blocs opératoires et les urgences

varimed®
Mobilier d'examen et de traitement

Partura®
Le lit d'accouchement Schmitz solution confortable et sûre – pour une obstétrique préventive



Nos prestations s'entendent départ usine. Toutes livraisons sont effectuées moyennant nos partenaires autorisées ou par nos succursales.
Tous droits de modifications de construction et dimensions réservés. Mesures et poids peuvent varier légèrement.
Pour des raisons matérielles des différences minimes de couleur sont possibles. Catalogue Schmitz No. 92, 08.2013 F
* Cet article est une marchandise de commerce qui est vendue sous la marque OEM.